

Колонки для очистки ДНК на объем образца 1 мл

<http://ru.lumiprobe.com/p/nap-10-dna-purification-columns>

Одноразовые колонки, предварительно заполненные Sephadex™ G-25 DNA Grade и водой с консервантом, предназначенные для быстрой (менее чем за 15 мин) и эффективной очистки ДНК методом гель-фильтрации. Колонки можно использовать для любой ДНК длиной более 10 нуклеотидов. Они позволяют производить обессоливание и замену буфера в образце ДНК, а также удалять низкомолекулярные примеси из реакционных смесей после мечения олигонуклеотидов. Являются аналогом колонок NAP™ -10.


Колонки для очистки ДНК на объем образца 1 мл идеально подходят для очистки олигонуклеотидов или очень коротких фрагментов ДНК после их синтеза или мечения и дальнейшего использования в таких методах, как ПЦР-амплификация и секвенирование.

Внимание! Колонки для очистки ДНК не удаляют из раствора и не денатурируют ферменты.

Мы поставляем Колонки для очистки ДНК упаковками по 10 шт.

Протокол очистки олигонуклеотидов и коротких фрагментов ДНК

Все процедуры осуществляются при температуре от +20 до +25°C.



1 Приготовление колонки

2 Заполнение буфером

3 Нанесение образца

4 Элюирование

1. Подготовка колонки

- Снимите верхнюю и нижнюю крышки с колонки и дайте лишней жидкости стечь, не осушая гель. Полное удаление жидкости из колонки приведет к снижению скорости фильтрации.

2. Заполнение колонки уравнивающим буфером

- Добавьте в колонку 15 мл уравнивающего буфера. Данный объем соответствует трем полным заправкам колонки. В качестве уравнивающего подойдет любой буфер, не содержащий нуклеазы, включая воду или Трис/ЭДТА (TE).
Важно! На этапе элюирования необходимо использовать тот же самый буфер!
- Дайте буферу полностью заполнить слой геля под действием силы тяжести.

3. Нанесение образца

- Используйте образцы с концентрацией ДНК не более 1 мг/мл, поскольку более высокие концентрации могут снижать разрешение фильтрации и давать более низкий выход из-за повышенной вязкости.
- Добавьте в колонку образец в объеме не более 1 мл. Дайте образцу полностью проникнуть в слой геля.
- Если объем образца меньше 1 мл, и вы хотите элюировать образец, используя минимальный объем буфера, важно не доводить объем образца до 1,0 мл с помощью буфера. Загрузите необходимый объем раствора ДНК в колонку, дайте ему полностью проникнуть в гель, а затем добавьте недостающий до 1 мл объем буфера. Например, для фильтрации 0,75 мл образца необходимо дополнительно нанести на колонку 0,25 мл буфера. Дайте буферу полностью проникнуть в слой геля.

4. Элюирование

- Поместите под колонку пробирку подходящего размера для сбора элюанта.
- Элюируйте очищенную пробу соответствующим объемом буфера. Для элюирования 1 мл образца используйте объем буфера 1,5 мл, для образцов меньшего объема: 1,5 мл – $V_{\text{буфера при нанесении образца}}$. Для образца 0,75 мл объем буфера составит 1,25 мл.
- Если необходимо получить концентрированную пробу, соберите несколько фракций элюанта по 0,1 мл по мере элюирования образца с колонки. Концентрацию различных фракций можно определить количественно с помощью спектрофотометра или на аналитическом геле.
- Очищенный образец храните при температуре -20°C .

Общие свойства

Условия хранения: Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при температуре от $+4$ до $+30^{\circ}\text{C}$.
Транспортировка: при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

Юридическое заявление: Продукт предлагается и продается только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.

Sephadex® является зарегистрированной торговой маркой Cytiva™. NAP™ является торговой маркой Cytiva™.